

2024年10月吉日

お客様 各位

プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル 有効期間変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社取扱製品「プルット アオルティック・オクルージョン・カテーテル」の有効期間の変更がございましたのでご案内申し上げます。

なお、製品番号、製品規格、JANコード、薬事上の販売名、クラス分類、JMDNコード、特定保険医療材料機能区分、医療機器承認番号の変更はございません。

お客様には在庫の混在により、ご迷惑をお掛けすることと存じます。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象製品

製品番号	製品規格	JANコード
2100-12J	12F 24cm	4571191913708

2. 変更内容

	変更前	変更後
有効期間	2年	4年

販売名：血管閉塞用カテーテル クラス分類：IV JMDNコード：32584004
特定保険医療材料機能区分：血管内手術用カテーテル オクリュージョンカテーテル 特殊型
医療機器承認番号：20800BZY00236000

以上